

Überblick

Der Grund für einen Test mit Kontrolllösung ist das Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit des Wellion LEONARDO Glukose Teststreifens in Verbindung mit einem Wellion LEONARDO Messsystem in einem bekannten Messbereich. Ein erfolgreicher Test, der in den akzeptablen Messbereich fällt, bestätigt die richtige Handhabung durch den Benutzer und die Funktionstüchtigkeit der Teststreifen und des Geräts. Das System in Verwendung mit der Kontrolllösung ist plasmakalibriert.

Die Kontrolllösung sollte unter folgenden Umständen verwendet werden:

[1] Bei Erstverwendung des Systems. [2] Beim Öffnen einer neuen Teststreifendose. [3] Wenn immer Sie vermuten, dass das Gerät oder der Teststreifen nicht ordnungsgemäß funktioniert. [4] Wenn das Messergebnis nicht Ihr derzeitiges Befinden widerspiegelt. [5] Wenn Sie das Gerät fallen lassen. [6] Wenn Sie den Verschluss der Teststreifendose für längere Zeit offen gelassen haben.

Chemische Zusammensetzung

Die Wellion LEONARDO Blutzucker Kontrolllösung ist eine wässrige Lösung. Sie enthält D-Glukose in einer Konzentration von:

Level 0 41 mg/dL
Level 1 83 mg/dL
Level 2 153 mg/dL

Sie enthält auch Puffer, Stabilisatoren und Konservierungsstoffe sowie nicht reaktive Inhaltsstoffe. Die Glukosekonzentration wurde mit einem Hitachi Chemistry Analyzer kalibriert und ist gemäß dem NIST Standard SRM917C nachverfolgbar.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Diese Kontrolllösung ist ausschließlich für in-vitro diagnostische Verwendung. Sie ist nicht für den Verzehr oder Injektion gedacht.

Einschränkungen

[1] Schützen Sie die Wellion LEONARDO Glukose Kontrolllösung gut vor der Verwendung. [2] Geben Sie KEINEN zweiten Tropfen der Kontrolllösung auf die Reaktionszonen des Teststreifens. [3] Verschmerzen Sie den Kontrolllösungstropfen nicht mit der Spitz des Fläschchens. [4] Verschießen Sie nach der Verwendung sofort das Fläschchen. [5] Verwenden Sie ausschließlich Wellion LEONARDO Blutzucker Kontrolllösung. [6] Prüfen Sie stets das Ablaufdatum. Verwenden Sie niemals eine abgelaufene Kontrolllösung.

Lagerung und Verwendung

[1] Die Kontrolllösung muss zwischen 4°C - 30°C gelagert werden. NICHT INFRIEREN ODER KÜHLEN. [2] Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden. [3] Entsorgen Sie nicht verwendete Kontrolllösungen 90 Tage nach dem ersten Öffnen oder nach dem Ablaufdatum.

Testen mit der Kontrolllösung

Folgende Materialien werden benötigt, um einen Blutzucker Kontrolllösungstest durchzuführen:
Wellion LEONARDO Glukose Kontrolllösung (Level 0, Level 1 oder Level 2)
Wellion LEONARDO Messgerät und Handbuch.
Wellion LEONARDO Blutzucker Teststreifen.

Führen Sie den Test wie folgt durch:

Markieren Sie neu geöffnete Fläschchen mit dem Öffnungsdatum. Die Markierung kann auf dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Fläschchen erfolgen. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Kontrolllösung um sicherzustellen, dass sie noch nicht abgelaufen ist. Entsorgen Sie nicht verwendete Kontrolllösungen 90 Tage nach dem ersten Öffnen oder nach dem Ablaufdatum.

Führen Sie den Teststreifen in das Messgerät ein, um es einzuschalten. Wechseln Sie in den Kontrollmodus und tragen Sie die Kontrolllösung auf, indem Sie einen Tropfen durch Drücken auf das Fläschchen auf eine saubere Oberfläche geben. Halten Sie den Teststreifen in den Kontrolllösungstropfen.

Erwartete Werte
Der Wellion LEONARDO Glukose Kontrolllösungstest sollte Ergebnisse in einem erwarteten Bereich liefern. Der erwartete Bereich ist auf der Wellion LEONARDO Glukose Teststreifendose abgedruckt. Befindet sich der Wert außerhalb des Messbereichs, prüfen Sie bitte jeden Ihrer Schritte auf die richtige Handhabung bevor Sie einen neuen Test beginnen. Ein möglicher Fehler in der Handhabung könnte ein fehlerhaftes Resultat ergeben. Wenn die Kontrollwerte weiterhin außerhalb des erwarteten Bereichs sind und Ihre Handhabung korrekt ist, wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen aus einer ungeöffneten Verpackung. Sollten die Messwerte weiterhin außerhalb des erwarteten Bereichs liegen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

ACHTUNG: WENN WERTE WEITERHIN AUSSERHALB DES ERWARTETEN MESSBEREICHES LIEGEN, ARBEITET DAS SYSTEM NICHT KORREKT. VERWENDEN DAS SYSTEM NICHT UM IHREN BLUTZUCKER ZU MESSEN, BIS DIE WERTE DER KONTROLLLÖSUNG KORREKT GEMESSEN WERDEN.



Wellion® LEONARDO Glucose Control Solution

Summary

The purpose of the control solution test is to validate the performance of the Wellion LEONARDO Blood Glucose Test Strip in Wellion LEONARDO Monitoring System using a

testing solution with a known range of glucose. A control test that falls within the acceptable range indicates the user's technique is appropriate and the test strip and meter are functioning properly. The system used together with the control solution is plasma calibrated.

Control solution should be used in the following instances: [1] Using the system for the first time. [2] Every time you open a new bottle of test strip. [3] Whenever you suspect that the meter or test strip are not working properly. [4] When your blood glucose results do not reflect how you feel. [5] If you drop the meter. [6] If you leave the cap of the test strip vial open for a while.

Chemical Composition

The Wellion LEONARDO Glucose Control Solution is an aqueous solution. It contains D-glucose in concentration of:

Level 0 41 mg/dL
Level 1 83 mg/dL
Level 2 153 mg/dL

It also contains buffers, stabilizer and preservative as non-reactive ingredients. The glucose concentration was calibrated by Hitachi Chemistry Analyzer and is traceable to NIST standard SRM917C.

Warnings and Precautions

Control solution is for In Vitro diagnostic use only. It is not intended for human consumption or injection.

Limitations

[1] Shake Wellion LEONARDO Glucose Control Solution well before using. [2] DO NOT apply a second drop of control solution to the reaction zone of the test strip. [3] DO NOT smear the solution with the tip of the bottle. [4] Replace the cap on the bottle immediately after use. [5] Use only Wellion LEONARDO Glucose Control Solution. [6] Always check the expiration date. DO NOT use expired control solution.

Storage and Handling

[1] Control solution should be stored at 4°C - 30°C. DO NOT FREEZE OR REFRIGERATE. [2] Do not use past the expiration date. [3] Discard any unused control solution 90 days after first opening or after expiration date.

Control Solution Test Procedure

Materials needed to perform a glucose control solution test include:

Wellion LEONARDO Glucose Control Solution (Level 0, Level 1 or Level 2)
Wellion LEONARDO Meter and User's Guide.
Wellion LEONARDO GlucoseTest Strip.

Conduct test as follows:

Mark newly opened bottles with the date opened. Mark the date on the space provided on bottle label. Check the expiration date of the control solutions to make sure they have not expired. Discard any unused control solutions 90 days after opening or after expiration date.

Insert test strip into the meter to power on. Switch to control mode and apply the control solution by squeezing a drop of control solution to clean surface and holding the meter with test strip to touch the control solution drop.

Expected Values

The Wellion LEONARDO Glucose Control Solution testing should provide results within the expected range. The expected range is shown on the Wellion LEONARDO Blood Glucose Test Strip bottle. If result is out of range, review each step of your technique before doing another test. Any error in technique could cause an out-of-range result. If control values continue to be out of range and your technique is correct, repeat test with a test strip from an unopened test strip bottle. If readings are still not within the acceptable range, please contact the authorized representative.

CAUTION: IF RESULTS CONTINUE TO BE OUT OF RANGE AFTER ALL INSTRUCTIONS HAVE BEEN FOLLOWED, THE SYSTEM IS NOT WORKING PROPERLY. DO NOT USE THE SYSTEM TO TEST YOUR BLOOD GLUCOSE UNTIL YOU GET A READING THAT IS WITHIN RANGE.



Wellion® LEONARDO Glukózový kontrolní roztok

Přehled

Kontrolní roztok slouží k ověření správného fungování testovacích proužků Wellion LEONARDO pro měření hladiny glukózy v krvi přístrojem Wellion LEONARDO, který slouží pro měření hladiny cukru v krvi. Je-li výsledek měření v přijatelné toleranci, znamená to, že užívatel měří správně a testovací proužek a přístroj samotný jsou také v pořádku. Měřicí systém používá společně s kontrolním roztokem je kalibrace na plazmu.

Kontrolní roztok by měl být použit v následujících případech: [1] Když přístroj používáte poprvé. [2] Vždy, když otevřete novou nádobku s testovacími proužky. [3] Kdykoli, když máte podezření, že přístroj nebo testovací proužek nefunguje správně. [4] Tehdy, když výsledek měření hladiny cukru neodpovídá tomu, jak se čítá. [5] Jestliže vám přístroj upadl na zem. [6] Jestliže jste nádobku s testovacími proužky ponechali nějaký čas otevřenou.

Chemicke složení

Glukózový kontrolní roztok Wellion LEONARDO je vodní roztok. Obsahuje D-glukózu v následujících koncentracích: Hladina 0 2,28 mmol/l
Hladina 1 4,6 mmol/l
Hladina 2 8,49 mmol/l

Také obsahuje tlumící látky, stabilizátory a konzervanty jako nereagující přísady. Obsah glukózy byl kalibrován chemickým analyzátorem Hitachi a vyhovuje normě NIST SRM917C.

Varování a bezpečnostní opatření

Kontrolní roztok slouží pouze pro diagnostiku In Vitro. To znamená, že není určen ke konzumaci či injekčnímu vstřikování.

Omezení

[1] Glukózový kontrolní roztok Wellion LEONARDO před

použitím dobře protřepjte. [2] Na reakční zónu testovacího proužku nikdy NEDÁVEJTE druhou kapku kontrolního roztoku. [3] Špičkou koncovky lahvičky NIKDY kapku roztoku neroztřítejte. [4] Po použití nádobku s kontrolním roztokem ihned uzavřete. [5] Používejte pouze glukózový kontrolní roztok Wellion LEONARDO. [6] Vždy si ověřte datum expirace. NIKDY nepoužívejte prošly kontrolní roztoky.

Skladování a manipulace.

[1] Kontrolní roztok skladujte při teplotě 4 až 30 °C. NEZMRUZUJTE JEJ ANI NEDÁVEJTE DO CHLADNÍČKY. [2] Nepoužívejte jej po datu expirace. [3] Nespravedlivý či prošlý kontrolní roztok zlikvidujte 90 dnů po otevření nádobky.

Postup měření kontrolním roztokem

Při měření glukózovým kontrolním roztokem budete potřebovat:

Kontrolní roztok Wellion LEONARDO (Hladina 0, Hladina 1 nebo Hladina 2)
Glukometr Wellion LEONARDO a Návod k obsluze.
Testovací proužek Wellion LEONARDO

Test provedete takto:

Poznamenajte si datum otevření nové nádobky s kontrolním roztokem. Datum napište na prázdné místo na etiketě nádobky. Zkontrolujte datum expirace, abyste měli jistotu, že není kontrolní roztok prošlý. Nespravedlivý či prošlý kontrolní roztok zlikvidujte 90 dnů po otevření nádobky.

Vložte glukózový testovací proužek do přístroje, tím jej zároveň zapnete. Přepněte jej do měření kontrolním roztokem. Z nádobky ukapněte na čistý povrch kapku glukózového kontrolního roztoku. Testovacím proužkem v přístroji se dotkněte této kapky a nechte ji nasát do reakční zóny testovacího proužku.

Očekávané výsledky

Výsledky měření glukózovým kontrolním roztokem Wellion LEONARDO mají být v očekávaném rozsahu. Tento očekávaný rozsah je uveden na nádobce s glukózovými testovacími proužky Wellion LEONARDO. Je-li výsledek měření kontrolním roztokem mimo uvedený rozsah, ověřte si každý krok vašeho měření a pak provedte druhé měření. Chybá v postupu měření může způsobit špatný výsledek měření. Jestliže je výsledek druhého měření opět mimo uvedený rozsah a vaše technika měření je správná, opakujte měření s novým testovacím proužkem výjmutím z nově otevřené nádobky s testovacími proužky. Je-li opět výsledek mimo povolený rozsah, kontaktujte autorizovaný servis.

Storage and Handling

[1] Control solution should be stored at 4°C - 30°C. DO NOT FREEZE OR REFRIGERATE. [2] Do not use past the expiration date. [3] Discard any unused control solution 90 days after first opening or after expiration date.

Control Solution Test Procedure

Materials needed to perform a glucose control solution test include:

Wellion LEONARDO Glucose Control Solution (Level 0, Level 1 or Level 2)

Wellion LEONARDO Meter and User's Guide.

Wellion LEONARDO GlucoseTest Strip.

Conduct test as follows:

Mark newly opened bottles with the date opened. Mark the date on the space provided on bottle label. Check the expiration date of the control solutions to make sure they have not expired. Discard any unused control solutions 90 days after opening or after expiration date.

Insert test strip into the meter to power on. Switch to control mode and apply the control solution by squeezing a drop of control solution to clean surface and holding the meter with test strip to touch the control solution drop.

Expected Values

The Wellion LEONARDO Glucose Control Solution testing should provide results within the expected range. The expected range is shown on the Wellion LEONARDO Blood Glucose Test Strip bottle. If result is out of range, review each step of your technique before doing another test. Any error in technique could cause an out-of-range result. If control values continue to be out of range and your technique is correct, repeat test with a test strip from an unopened test strip bottle. If readings are still not within the acceptable range, please contact the authorized representative.

CAUTION: IF RESULTS CONTINUE TO BE OUT OF RANGE AFTER ALL INSTRUCTIONS HAVE BEEN FOLLOWED, THE SYSTEM IS NOT WORKING PROPERLY. DO NOT USE THE SYSTEM TO TEST YOUR BLOOD GLUCOSE UNTIL YOU GET A READING THAT IS WITHIN RANGE.

Kemična sestava

Kontrolna razopina Wellion LEONARDO za glukozo je vodna razopina. Vsebuje naslednjo koncentracijo glukoze:

Stopnja 0 41 mg/dL

Stopnja 1 83 mg/dL

Stopnja 2 153 mg/dL

V nej so tudi pufrji, stabilizatorji in konzervanti kot nereaktivne sestavine. Koncentracija glukoze je umerjena z analizatorjem Hitachi Chemistry Analyzer in je v skladu s standartom NIST SRM917C.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Kontrolna razopina se uporablja samo za in vitro diagnosticiranje. Ni primerna za uživanje ali injiciranje.

Omejitve

[1] Kontrolno razopino Wellion LEONARDO za glukozo pred uporabo dobre pretrsite. [2] Na reakcijsko območje NE nanašajte se ene kaplike kontrolne razopine. [3] NE razmazite razopine s konico plastenke. [4] Plastenko s kontrolno razopino zaprite takoj po uporabi. [5] Uporabljajte samo kontrolno razopino Wellion LEONARDO za glukozo. [6] Zmeraj preverite datum zapadlosti. NE uporabljajte kontrolne razopine s pretečnim rokom.

Shranjevanje in ravnanje

[1] Kontrolno razopino shranjujte na temperaturi 4 °C - 30 °C. NE ZAMRZUJTE IN NE SHRANJUJTE V HLADILNIKU. [2] Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti. [3] Neuporabljeno kontrolno razopino zavrite v 90 dneh po prvem odprtju ali po poteku roka uporabnosti.

Merjenje s kontrolno razopinom

Za merjenje s kontrolno razopinou za glukozo potrebujete naslednje pripomočke:

Kontrolno razopino Wellion LEONARDO za glukozo (stopnja 0, stopnja 1 ali stopnja 2), merilnik Wellion LEONARDO in Navodila za uporabo, merilni listič Wellion LEONARDO za glukozo.

Merite izvedite po naslednjem postopku:

Na novo odprt plastični zabeležite datum odprtja. Zapišite ga v prostor prostor na nalepkni plastične. Prepričajte se, da ni potekel rok uporabnosti kontrolne razopinice. Neuporabljeno

kontrolno razopino zavrzite v 90 dneh od prvega odprtja až po prtek roka uporabnosti.

Vstavite merilni listič, da vklopite merilnik. Nastavite način merjenja s kontrolno razopino. Stisnite kapljico kontrolne razopinice na čisto površino in se dotaknite k merilniku.

Pričakovane vrednosti

Rezultati meritev s kontrolno razopinou Wellion LEONARDO za glukozo morajo biti v pričakovaniem območju, ki je prikazano na vsebini z merilnimi lističi Wellion LEONARDO za glukozo v krv. Če so rezultati zunanjega območja, pred ponovnim merjenjem ponovno preverite vsak korak svoje tehnikе. Vsaka napaka lahko povzroči rezultat zunanjega območja. Če so kontrolne vrednosti meritev s kontrolno razopinou Wellion LEONARDO za glukozo v krv, je pričakovana vrednost 41 mg/dL. Če so rezultati zunanjega območja, je pričakovana vrednost 83 mg/dL. Če so rezultati zunanjega območja, je pričakovana vrednost 153 mg/dL.

OPOZORILO: ČE STE UPÓSTEVALI VSA NAVODILA IN SO REZULTATI ŠE VEDNO IZVEN PRIPOROČENEGA OBMOČJA, MERILNIK NE DELUJE PRAVILNO. ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVI GA NE UPORABLJAJTE, DOKLER NE DOBITE REZULTATA ZNOTRAJ PRIPOROČENEGA OBMOČJA.



Wellion® LEONARDO Διάλυμα ελέγχου γλυκόζης

Περιλήψη

Ο σκοπός του διάλυματος ελέγχου είναι να εξακριβώσει την πράσινη τεχνική μετρητή γλυκόζης από την οποία προέρχεται η εργασία του Wellion LEONARDO στον χρηστή. Το διάλυμα ελέγχου γλυκόζης Wellion LEONARDO είναι ένα διάλυμα ελέγχου με την πράσινη τεχνική μετρητή γλυκόζης από την οποία προέρχεται η εργασία του Wellion LEONARDO στον χρηστή. Μετρητής γλυκόζης και γλυκόζης αίματος Wellion LEONARDO και διηγής χρήσης.

Επίσημης προέρχεται την πράσινη τεχνική γλυκόζης Wellion LEONARDO από την οποία προέρχεται η εργασία της τεχνικής του χρηστή.

Επίσημης προέρχεται την πράσινη τεχνική γλυκόζης Wellion LEONARDO από την οποία προέρχεται η εργασία της τεχνικής του χρηστή.

Επίσημης προέρχεται την πράσινη τεχνική γλυκόζης Wellion LEONARDO από την οποία προέρχεται η εργασία της τεχνικής του χρηστή.

Ε

time kako se osjećate. [5] Ako Vam ispadne uređaj. [6] Ako ostavite bočicu s testnim trakicama dulje vrijeme otvorenu.

Kemijski sastav

Wellion LEONARDO kontrolna otopina za glukozu je vodena otopina. Sadrži D-glukozu u koncentraciji od:

Razina 0 41 mg/dL

Razina 1 83 mg/dL

Razina 2 153 mg/dL

Također sadrži ublaživače, stabilizator i konservans kao nereaktivne sastojke. Koncentracija glukoze kalibrirana je pomoći Hitachi Chemistry analizatora te je se u skladu s NIST standardom SRM917C

Upozorenja i mjere opreza

Kontrolna otopina služi isključivo za in vitro dijagnostičku upotrebu. Nije namijenjena za ljudsku konzumaciju ili ubrizgavanje.

Ograničenja

[1] Dobro protresite GALILEO kontrolnu otopinu za glukozu prije upotrebe. [2] NEMOJTE stavljati drugu kap kontrolne otopine na reakcijsku zonu testne trakice. [3] NEMOJTE razmazivati kap kontrolne otopine vrhom bočice. [4] Zatvorite bočicu odmah po upotrebici. [5] Koristite isključivo Wellion LEONARDO kontrolnu otopinu za glukozu. [6] Uvijek provjeravajte datum isteka. NEMOJTE koristiti isteklu kontrolnu otopinu.

Skladištenje i rukovanje

[1] Kontrolnu otopinu je potrebno čuvati pri temperaturama od 4°C do 30°C. NEMOJTE ZAMRZAVATI ILLI HLADITI.

[2] Nemojte koristiti poslije datuma isteka. [3] Odbacite neiskoristenu kontrolnu otopinu 90 dana po prvom otvaranju ili poslije datuma isteka.

Mjerenje pomoću kontrolne otopine

Za mjerenje pomoću kontrolne otopine za glukozu potrebno Vam je sljedeće:
Wellion LEONARDO kontrolna otopina za glukozu (Razina 0, Razina 1 ili Razina 2)
Wellion LEONARDO mjerni uređaj i korisničke upute.
Wellion LEONARDO testna trakica za glukozu.

Provodećte mjerenje kako slijedi:

Zabilježite datum otvaranja na novootvorenoj bočici. Datum upišite na za to predviđeno mjesto na bočici. Provjerite datum isteka kontrolne otopine kako biste sa sigurnošću utvrdili da nije istekla. Odbacite neiskoristenu kontrolnu otopinu 90 dana po otvaranju ili poslije datuma isteka.

Umetnите testnu trakicu u mjerni uređaj kako biste ga uključili. Odaberite kontrolni mod i istisnite kap kontrolne otopine na čistu površinu. Držite mjerni uređaj tako da testna trakica dodiruje kap kontrolne otopine.

Očekivane vrijednosti

Mjerenje pomoću Wellion LEONARDO kontrolne otopine za glukozu trebalo bi dati rezultate unutar očekivanog raspona. Očekivani raspon je prikazan na bočici GALILEO testnih trakica za mjerenje glukoze u krvi. Ako rezultat bude izvan raspona, provjerite svaki korak Vašeg postupka mjerenja prije provođenja novog mjerenja. Bilo koja pogreška u postupku mjerenja može dovesti do rezultata izvan raspona. Ako rezultati mjerenja pomoću kontrolne otopine nastave davati rezultate izvan raspona, a Vaš postupak mjerenja je ispravan, ponovite mjerenje s testnom trakicom iz neotvorene bočice. Ako očitavanja još uvijek nisu unutar prihvativnjog raspona, molimo Vas da kontaktirate ovlaštenog predstavnika.

OPREZ: AKO NASTAVITE DOBIVATI REZULTATE MJERENJA IZVAN RASPONA PRATEĆI SVE UPUTE, SUSTAV NE RADI ISPRAVNO. NEMOJTE KORISTITI SUSTAV ZA MJERENJE GLUKOZE U KRVI DOK NE DOBIJETE OČITANJE KOJE JE UNUTAR RASPONA.

SYMBOLE / SYMBOLY / SIMBOLI / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLOS / SIMBOLI / SYMBOLS:

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung / Přečtěte si návod k obsluze / Poglejte navodila za uporabo. / Συμβουλή σύστηματος χρήσης / Consultar instruções de utilização / Poglejte u uputama za upotrebu / Consult instructions for use

Temperaturbereich / Rozsah teplot / Temperatura omjevitve / Όπια θερμοκρασίας / Limites de Temperatura / Raspon temperature / Temperature Limitation

Hersteller / Výrobce / Proizvajalec / Κατασκευαστής / Fabricante / Proizvodač / Manufacturer

In Vitro diagnostisches, medizintechnisches Gerät / Zarizení pro testování In Vitro / In vitro diagnostický přístroj / Ενταγμένη οδηγία ιατρικής εργασίας / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro / In vitro dijagnostički medicinski uređaj / In vitro diagnostic medical device

Chargennummer / Číslo šarže / Serija / Κωδικός λεπτού / Lote / Serijski broj / Batch code

Verwendbar bis / Spotrebujte do / Χρήση βάσης / ημερομηνία / Uporabno do / Rok valjanosti / Prazo de Validação / Rok valjanosti / Use by

Nicht wiederverwenden / Nepoužívejte opakovane / Za enkratno uporabo / Μην ξαναχρησιμοποιείτε / Não Reutilizar / Nemojte koristiti više od jednom / Do not reuse

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno / Ne uporabite, če je poškodovaná embalaža. / Η αναχρησιμοποίηση της έντασης παραγάγεται από μη φυσιολογική ενταση / Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada / Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Do not use if package is damaged

Vor Nässe schützen / Udržujte v suchu / Hraniti v suhem / Διατηρήστε στεγνό / Manter Seco / Čuvati na suhom / Keep dry

Vorsicht, bitte lesen Sie die beiliegenden Dokumente / Upozornění, přečtěte si doprovodné dokumenty / Pozor, poglejte spremno dokumentacijo. / Προσοχή συμβουλεύτε τα συνοδευτικά έντυπα / ATENÇÃO! Consulte os restantes documentos / Pozor, pročítajte priložene dokumente / Caution, consult accompanying documents

Bestellnummer / Katalogové číslo / Kataloška številka / Αριθμός καταλόγου / Referéncia / Broj artikla / Catalogue number

Direktes Sonnenlicht vermeinden / Nedávejte na přímé slunce / Ne hranite na neposredni sončni svetlobi. / Κρατήστε μακριά από το ήλιακό φως / Manter afastado da luz solar direta / Izbjegavajte izravno sunčevu svjetlu / Keep away from sunlight

MED TRUST Handelsges.m.b.H. / Gewerbepark 10 / 7221 Marz / AUSTRIA / C E 0197

© MED TRUST, Wellion and GALILEO are registered trademarks. W11-95GLU RevA 05/2017