

Introducción

La presente prueba busca la presencia de drogas de abuso. Compruebe el código abreviado que aparece impreso en la bolsa de aluminio y en la prueba misma (ej. COC, THC, KET, etc.) y, a continuación, consulte la tabla al dorso donde encontrará los nombres científicos de las drogas, los otros nombres y los tiempos de detección aproximados. Por favor tenga en cuenta que las metanfetaminas son parte de la familia de las anfetaminas y así la prueba resultará positiva para el éxtasis (E). Esta prueba es rápida, precisa y muy fácil de hacer.

Las drogas en el lugar de trabajo

Las drogas pueden afectar el cerebro y el cuerpo de varias maneras y esto puede afectar el rendimiento del empleado en el trabajo, incluso si el abuso tiene lugar fuera del lugar de trabajo. Como empleador, tiene el deber de garantizar, en la medida de lo que es razonablemente posible, que sus empleados no son un peligro para otros empleados o el público, debido al consumo de drogas de abuso.

Legalidades

Si usted es un empleador que quería probar los empleados por drogas de abuso, es importante que haya una política por lo hacer, y debe advertir los empleados mismos que puedan ser sometidos a pruebas de drogas al azar, y que el uso de drogas en el lugar de trabajo, o estar bajo la influencia de las drogas en el lugar de trabajo constituye una infracción que porta al despidimiento. También es importante que se mantenga actualizado sobre las últimas leyes del gobierno.

Si uno de sus empleados tiene un problema de drogas, debe hacer todo lo posible para ayudarlo y alentarle a buscar ayuda profesional. Si el uso indebido de drogas es un problema común en el lugar de trabajo, puede ser de su interés para iniciar un programa de concienciación sobre las drogas para el personal y los directores.

Contenido del paquete

Bolsa de aluminio que contiene las pruebas de drogas
Instrucciones completas

¿Cuándo debo hacer la prueba?

Esta prueba puede realizarse en cualquier momento.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedo leer el resultado?

Los resultados se pueden leer en 5 minutos.

Precauciones

1. Esta prueba es sólo para uso externo.
2. No utilice esta prueba más allá de la fecha de caducidad indicada en la bolsa de aluminio.
3. Utilice una nueva prueba para cada muestra de orina para evitar resultados falsos.
4. No utilice esta prueba si la bolsa de aluminio ha sido abierta.

¿Cuán precisa es la prueba?

Esta prueba es muy exacta y satisface los niveles de sensibilidad de SAMHSA (Administración de los Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental) a los EE.UU., y los niveles recomendados establecidos por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). Sin embargo, hay una posibilidad de falsos resultados debido a la interferencia de otras sustancias en la orina. Una de las sustancias más comunes que provoca falsos positivos es la codeína, que se encuentra en una variedad de analgésicos de venta libre. Estos productos darán un resultado positivo en una prueba para opiáceo / morfina. Sería aconsejable pedir a la persona que está siendo probada si está tomando medicamentos recetados antes de que se lleve a cabo la prueba.

Tiras y paneles para prueba de drogas



Fig.1
Tira de prueba para droga única



Fig.2
Panel de prueba para droga única



Fig.3
Panel de prueba para drogas multiples

Debido a la natura delicada de esta prueba para drogas, se debe tener cuidado al realizar la prueba, a fin de evitar la contaminación y, por ende, resultados inexactos. Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la prueba.

Procedimiento de prueba

1. Quitar la prueba de la bolsa de aluminio (no rompa el sello de la bolsa hasta que esté listo para comenzar el test).
2. Usando un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de la persona que está siendo probada.
3. Si tiene un panel de prueba (se muestra en la Fig. 2 y la Fig. 3 supra), tire la tapa protectora de la parte inferior del panel de prueba para revelar la tira(s) de prueba(s) absorbente(s).
4. Sumergir cuidadosamente el final de la prueba con las líneas onduladas en la muestra de orina, asegurándose de que la orina NO vaya por encima de la línea MAX. En las tiras de prueba (como se muestra en la Fig. 1 supra), este se encuentra justo encima de las líneas onduladas; en el panel de prueba, asegúrese de que la orina no toque la caja de plástico.
5. Permitir a la prueba de absorber la orina durante unos 10-15 segundos.
6. Quitar la prueba de la orina, colocando la tira de prueba sobre una superficie plana y limpia, mientras que las líneas de prueba desarrollan.
7. Puede leer los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados positivos se deben leer durante al menos 5 minutos después que que hayas quitado la tira de prueba de la orina. Todos los resultados deben ser leídos dentro de los 10 minutos, de lo contrario, puede producirse una lectura falsa.

Introducción

La presente prueba busca la presencia de drogas de abuso. Compruebe el código abreviado que aparece impreso en la bolsa de aluminio y en la prueba misma (ej. COC, THC, KET, etc.) y, a continuación, consulte la tabla al dorso donde encontrará los nombres científicos de las drogas, los otros nombres y los tiempos de detección aproximados. Por favor tenga en cuenta que las metanfetaminas son parte de la familia de las anfetaminas y así la prueba resultará positiva para el éxtasis (E). Esta prueba es rápida, precisa y muy fácil de hacer.

Las drogas en el lugar de trabajo

Las drogas pueden afectar el cerebro y el cuerpo de varias maneras y esto puede afectar el rendimiento del empleado en el trabajo, incluso si el abuso tiene lugar fuera del lugar de trabajo. Como empleador, tiene el deber de garantizar, en la medida de lo que es razonablemente posible, que sus empleados no son un peligro para otros empleados o el público, debido al consumo de drogas de abuso.

Legalidades

Si usted es un empleador que quería probar los empleados por drogas de abuso, es importante que haya una política por lo hacer, y debe advertir los empleados mismos que puedan ser sometidos a pruebas de drogas al azar, y que el uso de drogas en el lugar de trabajo, o estar bajo la influencia de las drogas en el lugar de trabajo constituye una infracción que porta al despidimiento. También es importante que se mantenga actualizado sobre las últimas leyes del gobierno.

Si uno de sus empleados tiene un problema de drogas, debe hacer todo lo posible para ayudarlo y alentarle a buscar ayuda profesional. Si el uso indebido de drogas es un problema común en el lugar de trabajo, puede ser de su interés para iniciar un programa de concienciación sobre las drogas para el personal y los directores.

Contenido del paquete

Bolsa de aluminio que contiene las pruebas de drogas
Instrucciones completas

¿Cuándo debo hacer la prueba?

Esta prueba puede realizarse en cualquier momento.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedo leer el resultado?

Los resultados se pueden leer en 5 minutos.

Precauciones

1. Esta prueba es sólo para uso externo.
2. No utilice esta prueba más allá de la fecha de caducidad indicada en la bolsa de aluminio.
3. Utilice una nueva prueba para cada muestra de orina para evitar resultados falsos.
4. No utilice esta prueba si la bolsa de aluminio ha sido abierta.

¿Cuán precisa es la prueba?

Esta prueba es muy exacta y satisface los niveles de sensibilidad de SAMHSA (Administración de los Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental) a los EE.UU., y los niveles recomendados establecidos por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). Sin embargo, hay una posibilidad de falsos resultados debido a la interferencia de otras sustancias en la orina. Una de las sustancias más comunes que provoca falsos positivos es la codeína, que se encuentra en una variedad de analgésicos de venta libre. Estos productos darán un resultado positivo en una prueba para opiáceo / morfina. Sería aconsejable pedir a la persona que está siendo probada si está tomando medicamentos recetados antes de que se lleve a cabo la prueba.

Tiras y paneles para prueba de drogas



Fig.1
Tira de prueba para droga única



Fig.2
Panel de prueba para droga única



Fig.3
Panel de prueba para drogas multiples

Debido a la natura delicada de esta prueba para drogas, se debe tener cuidado al realizar la prueba, a fin de evitar la contaminación y, por ende, resultados inexactos. Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la prueba.

Procedimiento de prueba

1. Quitar la prueba de la bolsa de aluminio (no rompa el sello de la bolsa hasta que esté listo para comenzar el test).
2. Usando un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de la persona que está siendo probada.
3. Si tiene un panel de prueba (se muestra en la Fig. 2 y la Fig. 3 supra), tire la tapa protectora de la parte inferior del panel de prueba para revelar la tira(s) de prueba(s) absorbente(s).
4. Sumergir cuidadosamente el final de la prueba con las líneas onduladas en la muestra de orina, asegurándose de que la orina NO vaya por encima de la línea MAX. En las tiras de prueba (como se muestra en la Fig. 1 supra), este se encuentra justo encima de las líneas onduladas; en el panel de prueba, asegúrese de que la orina no toque la caja de plástico.
5. Permitir a la prueba de absorber la orina durante unos 10-15 segundos.
6. Quitar la prueba de la orina, colocando la tira de prueba sobre una superficie plana y limpia, mientras que las líneas de prueba desarrollan.
7. Puede leer los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados positivos se deben leer durante al menos 5 minutos después que que hayas quitado la tira de prueba de la orina. Todos los resultados deben ser leídos dentro de los 10 minutos, de lo contrario, puede producirse una lectura falsa.

Resultados

Lea los resultados de cada tira individualmente e independientemente de los demás. Al mirar la prueba, verá una línea de color rojo/rosa en la parte superior de la ventana de prueba. Esta es la línea de control (C). La siguiente línea, que puede o no aparecer debajo de la línea de control, se denomina línea de test (T).



La línea de control (C) tiene que aparecer, por confirmar que que la prueba ha funcionado correctamente. Si no aparece la línea de control, la prueba no ha funcionado correctamente y puede que tenga que hacer una otra prueba. Una segunda línea de color rojo/rosa por debajo de la línea de control, no importa cuán débil, debería aparecer ahora. Este es un resultado negativo. Si no hay ninguna otra línea que aparece debajo de la línea de control, entonces el individuo ha dado positivo por las drogas de abuso.

La intensidad de color de la línea de test (T) es irrelevante; la presencia de una segunda línea (si también débil) indica un resultado negativo
TABLA DE DROGAS

DRUGS TABLE

Código abreviado	Valores de umbral (ng/mL)	Nombres científicos	Otros nombres	Tiempo de permanencia detectable en el cuerpo después de su uso
6-MAM	10	6-MONOACETIL MORFINA	ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE	2-8 horas
AMP	1000	ANFETAMINAS	ANFETA, BLANCAS, DESPERTADORES, DRAGONES, PINGOS	2-6 días
BUP	10	BUPRENORFINA	SUBUTEX	3-6 días
BZO	300	BENZODIAZEPINAS	BENZOS	2-14 días
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 días
COC	100 (tiras) 300 (paneles)	COCAINA	BRISA, CACA, CRACK, DIOSA BLANCA	2-5 días
COT	200	COTININA	NICOTINA	2-5 días
EDDP	300	EDDP / METADONA	DOLLY, RED ROCK	2-4 días
FYL	20	FENTANIL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 días
K2	50	CANNABIS SINTETICO	SPICE, K2, JOKER, BLACK MAMBA, KUSH, KRONIC	1-3 días
KET	1000	KETAMINA	SPECIAL K	2-5 días
LSD	20	DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO	ÁCIDO, ACELERADOR, AVÁNDARO	1-2 días
MDMA	500	METILENODIOXIMETANFETAMINAS	ÉXTASIS, E, X, ROLA, ADAM	2-6 días
MET	1000	METANFETAMINAS	META, TIZA, CRISTAL, VIDRIO	2-6 días
MOP/MOR	300	MORFINA	OPIACEOS	2-5 días
OPI	2000	OPIACEOS	ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE	2-5 días
THC	20 (tiras) 50 (paneles)	CANNABIS	AFGANO, BACHA, BASUCO, CACHARRO.	Uso casual 2-14 días; uso pesado hasta 30 días.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 días

Utilice la siguiente tabla de drogas para averiguar a cual droga corresponde el código abreviado. Por ejemplo, el código "THC" indica el cannabis. Por favor tenga en cuenta que la prueba de drogas que ha comprado no se utilice para todos los estupefacientes enumerados en la tabla de abajo; es necesario comprobar el código(s) de la prueba para ver cuál de las drogas son detectadas para su examen.

¿Qué debo hacer con los resultados?

Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no tiene alguna de las drogas de abuso probadas en su cuerpo en este momento. Puede que desee volver a prueba nuevamente en el plazo de un mes.

Si obtiene un resultado positivo en uno de las pruebas de drogas, luego una droga de abuso ha sido detectada en la orina. Le recomendamos que envíe la muestra fuera, por confirmar el resultado.

Almacenamiento

Esta prueba debe almacenarse entre 2°-30°C, no congelar. Llevar el dispositivo de prueba a temperatura ambiente antes de realizar la prueba.

Para obtener más detalles:

Home Health (U.K.) Ltd
+44 (0)1923711511
www.homehealth-uk.com
info@homehealth-uk.com

Resultados

Lea los resultados de cada tira individualmente e independientemente de los demás. Al mirar la prueba, verá una línea de color rojo/rosa en la parte superior de la ventana de prueba. Esta es la línea de control (C). La siguiente línea, que puede o no aparecer debajo de la línea de control, se denomina línea de test (T).



La línea de control (C) tiene que aparecer, por confirmar que que la prueba ha funcionado correctamente. Si no aparece la línea de control, la prueba no ha funcionado correctamente y puede que tenga que hacer una otra prueba. Una segunda línea de color rojo/rosa por debajo de la línea de control, no importa cuán débil, debería aparecer ahora. Este es un resultado negativo. Si no hay ninguna otra línea que aparece debajo de la línea de control, entonces el individuo ha dado positivo por las drogas de abuso.

La intensidad de color de la línea de test (T) es irrelevante; la presencia de una segunda línea (si también débil) indica un resultado negativo
TABLA DE DROGAS

DRUGS TABLE

Código abreviado	Valores de umbral (ng/mL)	Nombres científicos	Otros nombres	Tiempo de permanencia detectable en el cuerpo después de su uso
6-MAM	10	6-MONOACETIL MORFINA	ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE	2-8 horas
AMP	1000	ANFETAMINAS	ANFETA, BLANCAS, DESPERTADORES, DRAGONES, PINGOS	2-6 días
BUP	10	BUPRENORFINA	SUBUTEX	3-6 días
BZO	300	BENZODIAZEPINAS	BENZOS	2-14 días
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 días
COC	100 (tiras) 300 (paneles)	COCAINA	BRISA, CACA, CRACK, DIOSA BLANCA	2-5 días
COT	200	COTININA	NICOTINA	2-5 días
EDDP	300	EDDP / METADONA	DOLLY, RED ROCK	2-4 días
FYL	20	FENTANIL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 días
K2	50	CANNABIS SINTETICO	SPICE, K2, JOKER, BLACK MAMBA, KUSH, KRONIC	1-3 días
KET	1000	KETAMINA	SPECIAL K	2-5 días
LSD	20	DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO	ÁCIDO, ACELERADOR, AVÁNDARO	1-2 días
MDMA	500	METILENODIOXIMETANFETAMINAS	ÉXTASIS, E, X, ROLA, ADAM	2-6 días
MET	1000	METANFETAMINAS	META, TIZA, CRISTAL, VIDRIO	2-6 días
MOP/MOR	300	MORFINA	OPIACEOS	2-5 días
OPI	2000	OPIACEOS	ACHIVIA, AZÚCAR, COHETE	2-5 días
THC	20 (tiras) 50 (paneles)	CANNABIS	AFGANO, BACHA, BASUCO, CACHARRO.	Uso casual 2-14 días; uso pesado hasta 30 días.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 días

Utilice la siguiente tabla de drogas para averiguar a cual droga corresponde el código abreviado. Por ejemplo, el código "THC" indica el cannabis. Por favor tenga en cuenta que la prueba de drogas que ha comprado no se utilice para todos los estupefacientes enumerados en la tabla de abajo; es necesario comprobar el código (s) de la prueba para ver cuál de las drogas son detectadas para su examen.

¿Qué debo hacer con los resultados?

Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no tiene alguna de las drogas de abuso probadas en su cuerpo en este momento. Puede que desee volver a prueba nuevamente en el plazo de un mes.

Si obtiene un resultado positivo en uno de las pruebas de drogas, luego una droga de abuso ha sido detectada en la orina. Le recomendamos que envíe la muestra fuera, por confirmar el resultado.

Almacenamiento

Esta prueba debe almacenarse entre 2°-30°C, no congelar. Llevar el dispositivo de prueba a temperatura ambiente antes de realizar la prueba.

Para obtener más detalles:

Home Health (U.K.) Ltd
+44 (0)1923711511
www.homehealth-uk.com
info@homehealth-uk.com